

お客様各位

キッコーマンバイオケミファ株式会社

## ルミテスターコントロールキット仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は一方ならぬご愛顧に預かり、厚く御礼申し上げます。

この度、コントロールキットの仕様をルミテスターSmart 対応にいたしますので、ご案内申し上げます。仕様変更につきましては、下記のとおりになりますのでご確認をお願いいたします。

また、ルミテスターPD-20/PD-30用をご使用いただいているお客様には、校正(有償)をしていただくことで、ルミテスターSmart/PD-30/PD-20にご使用いただくことができますのでお問合せください。

つきましては、関係各所へご案内の程、よろしく願いいたします。


敬具

### 【商品概要】


	旧	新
商品コード	60484	60484
商品名	ルミテスター PD-20/PD-30 用コントロールキット	<b>ルミテスター コントロールキット</b>
使用機種	ルミテスター PD-20 および PD-30	ルミテスター Smart、PD-30 および PD-20
標準光源本体のラベル表示 (下記参照)	RLU 値表示 有効期限表示等	<b>PD-20/PD-30 用 RLU 値表示</b> <b>Smart 用 RLU 値表示</b> <b>有効期限表示等</b>
その他	<b>校正(有償)していただくことにより、 ルミテスター Smart 対応が可能</b>	ルミテスター Smart と従来品ではセンサー別様のため、コントロールキットでは測定結果が異なる。なお、ルシパックでは測定結果は同じである。

### 【商品パッケージ】

旧



新



### 【標準光源本体ラベル表示】


旧



サイズ: 43 X 14mm



新



サイズ: 43 × 16mm



### 【変更時期】 2019年5月末

【お問合わせ先】 キッコーマンバイオケミファ株式会社 営業第2部 国内衛生検査グループ  
TEL 03-5521-5490 FAX 03-5521-5498

以上